Диспенсер Автомікс тип 50 10:1
(Automix Dispenser type 50 10:1)
для Люксатемп Стар, ЛюксаБайт
(for Luxatemp Star, LuxaBite)

Опис виробу
Диспенсер Автомікс тип 50 10:1 призначений для автоматичного змішування.
Забезпечує гомогенне змішування без утворення повітряних бульбашок, завжди надійне дозування, простоту у використанні, сумісність з усіма наявними картриджами об'ємом 50 мл.
Доступний для співвідношення змішування 10:1
Підходить для наступних стоматологічних матеріалів:
• Люксатемп Стар
• Люксатемп Плюс
• Люксатемп Солар
• Люксатемп Флюресенс
• СтатусБлю
• ЛюксаБайт
• ЛюксаПік-ап


ЦІЛЬОВЕ ПРИЗНАЧЕННЯ
Використовується для видавлювання двокомпонентних стоматологічних матеріалів з картриджів відповідних параметрів.

ПОКАЗАННЯ
Диспенсер забезпечує автоматичне, безпечне та чисте застосування в роботі з картриджами для змішування стоматологічних матеріалів, а саме для:
- тимчасових коронок і мостів,
- відбиткових матеріалів,
- матеріалів для реєстрації прикусу,
- композитів для фіксації

Забезпечує якісне замішування, дозовану подачу, економію часу стоматолога, легкість та акуратність у роботі.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Нестерильний.
Багаторазового використання.
Без передбачуваного контакту з пацієнтом.
Немає контакту із заповненою речовиною.

Використання картриджа Автомікс



Вставте картридж
1. Перемістіть важіль [A] на тильній частині диспенсера Автомікс угору і повністю відтягніть засувку [B].
2. Підніміть пластмасовий фіксатор [C], вставте картридж і закріпіть його, опустивши пластмасовий фіксатор [C].

Примітка. Переконайтеся у тому, що виїмки на картриджі збігаються з виїмками на диспенсері Автомікс.

Установіть змішувальну канюлю
1. Зніміть ковпачок картриджа [D] або використану змішувальну канюлю, повернувши його/її на 90° проти годинникової стрілки. Потім викиньте ковпачок або використану канюлю.
2. Закріпіть нову змішувальну канюлю [E].

Примітка. Переконайтеся у тому, що виїмки на змішувальній канюлі збігаються з виїмками на картриджі.
3. Зафіксуйте змішувальну канюлю, провернувши її на 90° за годинниковою стрілкою.

Нанесіть матеріал
▶ Якщо ви вперше використовуєте картридж, видавіть кількість матеріалу розміром із горошину та викиньте її.
▶ Натисніть на курок [F] на диспенсері Автомікс, щоб матеріал змішався у змішувальній канюлі, та одразу після цього наносіть його.

Примітка. Після нанесення матеріалу залиште використану змішувальну канюлю на картриджі замість ковпачка.

Дістаньте картридж
1. Перемістіть важіль [A] на тильній частині диспенсера Автомікс угору і повністю відтягніть засувку [B].
2. Підніміть пластмасовий фіксатор [C] і дістаньте картридж.

Примітка. Щоб не утворювалися бульбашки, протягом усієї процедури кінчик змішувальної канюлі має бути зануреним у матеріал.

Дезінфекція диспенсера Автомікс
Після дезінфекції диспенсер Автомікс можна використовувати повторно, але, якщо на ньому є помітні сліди зносу, його слід замінити.
Дезінфекцію можна проводити дезінфекційними засобами для обробки методом занурення, які представлені на ринку. DMG рекомендує використовувати тільки ті дезінфекційні розчини, які є у списку Інституту ім. Роберта Коха. Диспенсер Автомікс можна також стерилізувати в автоклаві.

Основні запобіжні заходи
- Застосовується тільки в галузі стоматології!
- Зберігайте в недоступному для дітей місці!

ВМІСТ ПАКОВАННЯ
1 штука в коробці

MD	Медичний виріб
	Ознайомтеся з інструкцією із застосування
REF	Артикул
	Використати до
LOT	Номер партії
	Виробник
SN	Серійний номер

ДМГ Хеміш-Фармацойтіше Фабрік ГмбХ
Елбгаштрассе 248,
22547 Гамбург, Німеччина
DMG Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH, Elbgaustraße 248, 22547, Hamburg, Germany
Виготовлено в Німеччині

Уповноважений представник в Україні:
ТОВ "ФАРМА КОНСАЛТИНГ"
вул. Дорожна, 25, м. Одеса, 65031
тел. +38-048-734-34-00
info@pharmaconsulting.com.ua
www.pharmaconsulting.com.ua

UA.TR.137

Дата перегляду інструкції: 09/2024