**Іоносіт Бейслайнер (Ionosit Baseliner)**
Світлотвердіючий компомерний прокладковий матеріал

**Опис виробу**
Іоносіт Бейслайнер – це фотополімерний, рентгеноконтрасний, компомерний прокладковий матеріал. Кероване розширення Іоносіт Бейслайнер компенсує усадку композитної пломби.

**Цільове призначення**
- прокладковий матеріал для композитних реставрацій
- блокування піднутрень

**Обмеження у використанні**
Нанесення матеріалу протипоказано, якщо суха ізоляція або рекомендований спосіб нанесення не є можливими.

**Показання**
Втрата зубних тканин через карієс, травму, сточування, стирання або аномалії розвитку.

**Протипоказання**
• Не наносіть безпосередньо на відкриту пульпу.
• Не користуйтеся матеріалом, якщо відомо про алергію на будь-який з компонентів або про контактну алергію.

**Цільова група пацієнтів**
Особи, які проходять лікування зубів.

**Цільова група користувачів**
Стоматологи.

**Примітки щодо використання**
• Якщо матеріал вноситься в ротову порожнину пацієнта одноразовим аплікатором, цим одноразовим аплікатором, з міркувань гігієни, потрібно обробляти тканини лише одного пацієнта.
• Полімеризаційна лампа має випромінювати світло з довжиною хвилі 450 нм. Лампу слід регулярно перевіряти.
• Інтенсивність випромінювання має бути не меншою за 600 мВт/см². Тримайте світловод якомога ближче до матеріалу.
• Іоносіт Бейслайнер приклеюється до металевих інструментів. Тому очистіть інструмент паперовою серветкою, поки матеріал не затвердів.
• Іоносіт Бейслайнер – це світлочутливий матеріал. Не допускайте передчасної активації матеріалу навколишнім світлом і закривайте шприц одразу після використання.
• Не знімайте інгібований киснем шар, оскільки він знадобиться для з'єднання з наступним шаром.
• Рекомендується використовувати матрицю. Дотримуйтесь інструкцій виробників інших матеріалів, якими ви користуєтесь.

**Рекомендований спосіб використання**
1. Перед тим, як розпочати підготовку, очистьте зуб і видаліть струменем води залишки всіх очищувальних речовин. Рекомендується встановити кофердам. Під час нанесення не допускайте контамінації слиною.
2. Підготуйте порожнину зуба за загальними правилами адгезивної техніки. У глибоких порожнинах захистіть пульпу за допомогою відповідних матеріалів.
3. Протравіть порожнину у техніці, якій ви надаєте перевагу (наприклад, Тотал Етч). Дотримуйтесь інструкції виробника того матеріалу, яким ви користуєтесь.
4. Нанесіть адгезив (наприклад, Ecosite Bond) відповідно до інструкції виробника.
5. Можна використовувати Іоносіт Бейслайнер як традиційний прокладковий матеріал (для покриття дна порожнини), а також покривати ним усю порожнину (для зняття напруги). Пензликом або будь-яким сферичним інструментом нанесіть шар Іоносіт Бейслайнер приблизно 1 мм завтовки.
6. Засвічуйте 20 секунд із інтенсивністю не меншою за 1000 мВт/см² або 40 секунд із інтенсивністю не меншою за 600 мВт/см² відповідною полімеризаційною лампою.
7. Нанесіть композитний пломбувальний матеріал відповідно до інструкцій виробника. Компанія DMG рекомендує використовувати Ecosite Elements.

**Взаємодія**
• Матеріали, що містять евгенол, вологу та повітря з мастилами може перешкоджати полімеризації у зоні контакту. Не допускайте потрапляння матеріалів, що містять евгенол, вологи й повітря, що містить мастила!
• Катіонні рідини для полоскання ротової порожнини, індикатори нальоту та хлоргексидин можуть спричинити дисколорацію. Залишки матеріалів на основі метакрилату можуть вплинути на твердіння силіконових матеріалів.

**Залишкові ризики та побічна дія**
Дотепер про побічну дію даних немає. Залишковий ризик підвищеної чутливості до компонентів матеріалу виключати не можна.

**Попередження й заходи безпеки**
• Зберігайте у недоступному для дітей місці!
• Не допускайте потрапляння на шкіру! У разі ненавмисного потрапляння на шкіру одразу ретельно промийте ділянку водою з милом.
• Не допускайте потрапляння в очі! У разі ненавмисного потрапляння в очі одразу ретельно промийте їх великою кількістю води та, якщо потрібно, зверніться до лікаря.
• Дотримуйтеся інструкцій виробника у разі вико-

ристання інших матеріалів разом із цим матеріалом/матеріалами.
• Про серйозні інциденти, пов'язані з цим матеріалом слід повідомляти виробнику та компетентним органам у справах реєстрації.

**Показники ефективності матеріалу**

Міцність на стискання ≥ 100 МПа.

**Умови зберігання й порядок утилізації**

- Зберігайте в сухому місці за кімнатної температури 15-25°C (59-77 °F)!
- Не використовуйте після закінчення терміну придатності.
- Процес утилізації має відповідати нормам державного законодавства.

**Склад**

Стоматологічне скло, $SiO_2$, bis-GMA, PA, TEDGMA, полімер, добавки.

**Вміст паковання**

| | |
|---|---|
| 3 шприци Saferinge по 0,33 г пасти | REF 220091 |
| 2 шприци по 1,5 г пасти, 20 чорних канюль Luer Lock | REF 213002 |
| Економічна упаковка: 20 шприців Saferinges по 0,33 г | REF 209538 |
| Економічна упаковка: 6 шприців по 1,5 г, 40 канюль Luer-Lock | REF 213001 |

**Допоміжні засоби**

| | |
|---|---|
| 60 чорних канюль Luer Lock | REF 211477 |

| | |
|---|---|
| | Ознайомтеся з інструкцією із застосування |
| REF | Артикул |
| LOT | Номер партії |
| | Виробник |
| | Використати до |
| SN | Серійний номер |
| MD | Медичний виріб |
| | Гранична температура |
| | Зберігати від вологи |

**ДМГ Хеміш-Фармацойтіше Фабрік ГмбХ**
Елбгауштрассе 248,
22547 Гамбург, Німеччина
**DMG Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH,** Elbgaustraße 248, 22547, Hamburg, Germany

Виготовлено в Німеччині

**Уповноважений представник в Україні:**
**ТОВ "ФАРМА КОНСАЛТИНГ"**
вул. Дорожна, 25, м. Одеса, 65031
тел. +38-048-734-34-00
info@pharmaconsulting.com.ua
www.pharmaconsulting.com.ua

**UA.TR.137**

**Дата перегляду інструкції: 04/2023**