
Ретракційна паста (Retraction Paste)



Опис виробу
Ретракційна паста – це ретракційний засіб для розширення зубоясенної борозни. Він справляє в'яжучий вплив на ясна.

Цільове призначення
Для тимчасової ретракції крайової зони ясен та забезпечення сухості у борозенці, якщо пародонт здоровий.

Обмеження під час використання
Не користуйтеся засобом, якщо кістка відкрита, якщо є відкриті фуркаційні дефекти, та якщо пацієнт має запущену пародонтопатію.

Показання
Всі випадки, що потребують виготовлення кінцевих відбитків відпрепарованих зубів, наприклад, втрата зуба, карієс або травма.

Протипоказання
Не застосовуйте матеріал, якщо відомо про наявність алергії до будь-якого з компонентів, або про контактну алергію.

Цільова група пацієнтів
Особи, які проходять стоматологічне лікування.

Цільова група користувачів
Стоматологи.

Примітки щодо використання
• Якщо всередині ротової порожнини пацієнта матеріал наноситься аплікатором для одноразового використання, такий аплікатор, з міркувань гігієни, слід використовувати для лікування тільки одного пацієнта.
• Скористайтеся капсулою відразу після того, як відкриєте пакет із фольги. Матеріал, який лишиться у капсулі, викиньте.

Рекомендований спосіб застосування (зображення — у розділі "Застосування")
1. Відпрепаруйте зуб.
2. Помістіть капсулу у відповідний диспенсер.
3. У разі потреби вигніть кінчик капсули у необхідне положення (рис. 1).
4. Видавіть невелику кількість пасти на блокнот для змішування та викиньте її.
5. Якщо цього потребує клінічна ситуація, введіть ретракційну нитку в зубоясенну борозну.
6. Промийте борозну водою і просушіть її.
7. Повільно наносіть пасту в зубоясенну борозну навколо відпрепарованого зуба, доки борозну не буде повністю заповнено. У разі потреби використовуйте компресійні ковпачки або інші компресійні засоби.
8. Щоб відбулася ретракція ясен, залиште матеріал не більше ніж на 2:00 хвилини. Під час висихання пасти зберігайте зону, яку оброблюєте, сухою.
9. Увага! Якщо залишити матеріал у ротовій порожнині на занадто довгий час, це може призвести до подразнення ясен. Не залишайте його в ротовій порожнині довше, ніж потрібно для полімеризації.
10. Повністю видаліть матеріал з борозни та ротової порожнини, використовуючи стиснене повітря з водою та пилосос.
11. Якщо потрібна міцніша ретракція, повторіть всі дії, починаючи з 6-ої. Якщо потрібно, додатково можна скористатися тонкою ретракційною ниткою.
12. Зняти відбиток.

Взаємодія
Через залишки матеріалу відбитковий матеріал може застигати довше та мати неточності.

Залишкові ризики й побічна дія
Дотепер даних отримано не було. Залишковий ризик підвищеної чутливості до компонентів матеріалу виключати не можна.

Застереження та техніка безпеки
• Застосовується тільки у галузі стоматології!
• Зберігайте у недоступному для дітей місці!
• Уникайте потрапляння в очі! У разі ненавмисного потрапляння в очі відразу ретельно промийте їх великою кількістю води та, якщо необхідно, зверніться до лікаря.
• Не ковтайте матеріал. Якщо випадково проковтнете, зверніться до лікаря.
• Дотримуйтеся інструкцій із застосування виробників інших матеріалів, які використовуються разом із цим виробом.
• Про серйозні випадки, пов'язані з цим виробом, слід повідомляти виробнику та відповідальним органам у справах реєстрації.

Функціональні характеристики пристрою
Розширення зубоясенної борозни

Умови зберігання та порядок утилізації
• Зберігайте за температури 15-25 °C/59-77 °F.
• Не застосовуйте після закінчення терміну придатності.

• Використовуйте капсулу одразу після відкриття алюмінієвого пакета. Викиньте матеріал, який залишився у капсулі.
• Процедура утилізації має відповідати нормам державного законодавства.

Склад

Каолін, гексагідрат хлориду алюмінію, вода, барвники E133.

Форма випуску

25 капсул по 0,37 г пасти	артикул 919381

	Ознайомтеся з інструкцією із застосування
	Виробник
	Температурне обмеження
MD	Медичний виріб
REF	Артикул / каталожний номер
LOT	Номер партії
SN	Серійний номер
	Використати до
	Одноразове використання

ДМГ Хеміш-Фармацойтіше Фабрік ГмбХ
Елбгауштрассе 248,
22547 Гамбург, Німеччина
DMG Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH, Elbgaustraße 248, 22547, Hamburg, Germany
Виготовлено в Німеччині

Уповноважений представник в Україні:
ТОВ "ФАРМА КОНСАЛТИНГ"
вул. Дорожна, 25, м. Одеса, 65031
тел. +38-048-734-34-00
info@pharmaconsulting.com.ua
www.pharmaconsulting.com.ua

Дата перегляду інструкції: 02/2021