ДЕНТОТЕМП, цемент для тимчасової фіксації
DENTOTEMP, temporary cement

ДЕНТОТЕМП цемент для довготривалої тимчасової фіксації
Безевгенольний цемент для тимчасової фіксації на основі уретан-акрилового полімеру. Розроблений спеціально для фіксації протезів на імплантатах.

ПОКАЗАННЯ

• Тимчасова фіксація на природних, невідновлених зубах (композит, кукса).
ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВІДНОВЛЕНИХ ЗУБІВ КОРИСТУЙТЕСЯ МАТЕРІАЛОМ ПРОВІТЕМП
• Тимчасова фіксація косметичних елементів, таких як вініри та накладки.
• Постійна фіксація коронок і мостоподібних протезів з опорою на імплантати з можливістю зняття.

ВЛАСТИВОСТІ

• ДЕНТОТЕМП – це цемент для тимчасової фіксації, який не містить евгенолу, оксиду цинку й ефірних олій, і тому він легко зчищається та не перешкоджає постійній адгезивній фіксації протеза. Полімеризація здійснюється у два етапи, щоб зайвий цемент можна було видалити швидше й легше, без наслідків для робочого часу та характеристик матеріалу.
• ДЕНТОТЕМП ідеально підходить для постійної фіксації коронок на імплантатах. Він полегшує процес фіксації та забезпечує високу ретенцію, а у разі потреби реставраційну конструкцію можна буде видалити.
• Через низький рівень розчинності в рідинах ротової порожнини та швидке твердіння ретенція буде дуже високою.
• Всередині ротової порожнини матеріал забезпечує дуже високу стабільність і дуже високий механічний опір.
• Оскільки матеріал не має присмаку й запаху, пацієнт почуватиметься комфортніше.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Замішування ДЕНТОТЕМП вручну

1) Нанесіть рівні порції базової пасти та каталізатора на блокнот для замішування.
2) Ретельно замішуйте їх шпателем протягом 20-30 секунд.
Автомікс:
Видавіть невелику кількість матеріалу зі шприца перед тим, як встановити на ньому змішувальну канюлю, і потім знову видавіть невелику порцію матеріалу та викиньте її.

Фіксація тимчасових протезів

Перед тим, як зафіксувати цементом тимчасову коронку, перевірте точність посадки, оклюзію, апроксимальні контакти і виконайте всі процедури фінішної обробки.
1) Просушіть та ізолюйте відпрепаровані поверхні. Необов'язково, щоб поверхня стала повністю сухою, проте необхідно не допустити забруднення слиною.
2) Переконайтеся в тому, що внутрішня поверхня тимчасової коронки чиста й суха. Внесіть замішаний цемент безпосередньо у тимчасову коронку. Робочий час: 45-60 секунд.
3) Одразу встановіть коронку, після чого або утримуйте її на місці, або попросіть пацієнта легко прикусити ватний валик, доки не закінчиться початкове твердіння (2-2½ хвилини). Після початкового твердіння матеріал набуває вираженої гумоподібної консистенції, і тому його зайву кількість можна легко видалити зондом.
4) Також введіть зонд у міжзубні проміжки, щоб видалити з них зайвий цемент, поки не почалося остаточне твердіння.
5) Твердіння цементу всередині ротової порожнини триває приблизно 4-5 хвилин – залежно від умов.

Постійна фіксація постійних коронок на імплантатах

Процедура фіксації постійної коронки на металевому або металево-керамічному абатменті проводиться так само, як фіксація тимчасової коронки. Не рекомендується перед фіксацією обробляти абатменти засобом для протравлювання титану. Якщо коронку необхідно видалити, зазвичай достатньо легко постукати коронкознімачем.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

У рідкісних випадках деякі пацієнти можуть мати підвищену чутливість до цього матеріалу. Якщо виникне алергічна реакція, припиніть застосування матеріалу, видаліть його з ротової порожнини пацієнта та направте пацієнта до лікаря. Використовуйте одноразові канюлі.

СКЛАД: Bis-GMA, HEMA, TEGDMA, кремній та інші речовини.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

• Щоб виріб краще зберігався, тримайте його в холодильній камері.* (температура нижче 24°C).
* Якщо шприц зберігався у холодильній камері, перед тим, як почати ним користуватися, він має нагрітися до кімнатної температури.
• Застосовується виключно у галузі стоматології.

ПАКОВАННЯ

Артикули	Вміст паковання
DT-2.10	2 шприци по 10 мл (12 г) (база+каталізатор), 25 шпателів, 1 блок для змішування

Артикули	Вміст паковання
DTCA2-20	2 шприци Автомікс по 5 мл (6 г), 20 канюль для змішування
DTCA1-5	1 шприц Автомікс 5 мл (6 г), 5 канюль для змішування
DTCA4-VP	4 шприци Автомікс 5 мл (6 г), 40 канюль для змішування
ECHDTP	ЗРАЗОК, шприц Автомікс 2,5 мл (3 г), канюлі для змішування

ОПИС СИМВОЛІВ

	Ознайомтеся з інструкцією із застосування
	Виробник
	Викликає подразнення
RxOnly	Рецептурний препарат
MD	Медичний виріб
LOT	Номер партії
REF	Артикул
	Захищайте від вологи
	Захищайте від впливу сонячного проміння
	Верхня межа температури
	Канюлі одноразового використання
	Використати до

Дата перегляду інструкції: 07/2023

АЙТЕНА КЛІНІКАЛ
Центральний парк, Алле-де-ла-Лув, 97, буд. B,
93420 Вільпент, Франція
www.itena-clinical.comcom.ua

Уповноважений представник в Україні:
ТОВ "ФАРМА КОНСАЛТИНГ"
вул. Дорожна, 25, м. Одеса, 65031
тел. +38-048-734-34-00
info@pharmaconsulting.com.ua
www.pharmaconsulting.com.ua

UA.TR.137