ТОТАЛЦЕМ, самопротравлювальний / самоадгезивний композитний цемент
TOTALCEM, self-etch / self-adhesive composite cement

ТОТАЛЦЕМ – це композитний цемент подвійного твердіння, розроблений спеціально для постійної фіксації металевих конструкцій. ТОТАЛЦЕМ не потребує протравлювання, праймування й оброблення адгезивом. ТОТАЛЦЕМ полімеризується самостійно та під впливом світла. Система Автомікс в необхідних пропорціях подає та швидко замішує цемент до утворення однорідної маси, яку можна наносити безпосередньо на реставраційну конструкцію або у порожнину зуба.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

1) Видаліть провізорну реставрацію.

Примітка. Користуйтеся тільки безевгенольними цементами для тимчасової фіксації. Матеріали для тимчасової фіксації, які містять евгенол, можуть інгібувати полімеризацію ТОТАЛЦЕМ.

2) Ретельно промийте.

3) Просушіть відпрепаровану зону повітрям (не пересушіть її).

4) Примірте реставраційну конструкцію, щоб забезпечити належну посадку.

5) Перед використанням видавіть зі шприца невелику кількість паст, щоб їхній об'єм був однаковим. Встановіть змішувальну канюлю на шприц Автомікс.

6) Матеріал можна наносити у такий спосіб:

а. Вкладки та накладки

Закріпіть інтраоральну канюлю, яка є в комплекті, на змішувальній насадці та покрийте цементом безпосередньо всю поверхню відпрепарованої порожнини. Акуратно встановіть реставраційну конструкцію так, щоб зайвий цемент витік назовні рівномірно з усіх боків.

б. Коронки

Розподіліть цемент по всій внутрішній поверхні реставраційної конструкції. Акуратно встановіть конструкцію на відпрепарованому зубі так, щоб зайвий цемент рівномірно витік назовні з усіх боків.

в. Штифти

Закріпіть екстратонку інтраоральну канюлю, яка є в комплекті, на змішувальній насадці. Видавіть цемент у кореневий канал. Введіть штифт, трохи похитуючи його, щоб виключити ризик утворення повітряних бульбашок. Дозвольте зайвому цементу повільно вийти з кореневого каналу.

7) Коли реставрація належно встановлена, видаліть увесь зайвий цемент. Це краще зробити скейлером або зондом, коли цемент перебуває в гелеподібному стані. Щоб зайвий цемент перейшов у гелеподібний стан, його можна попередньо засвітити протягом 2 секунд або дозволити йому самостійно полімеризуватися протягом 1,5-2 хвилин після нанесення. Щоб отримати найкращий результат, залиште матеріал на 1,5 хвилини перед тим, як засвітити його.

8) Після видалення зайвого цементу засвітіть усі поверхні, зокрема краї, протягом 20 секунд.

9) Для фінішної обробки проксимальних ділянок скористуйтеся спеціальними смужками. Обробіть краї реставраційної конструкції полірувальними дисками, чашоподібними або загостреними полірувальними головками.

10) Перевірте оклюзію.

Основний склад	
Матриця	UDMA
	Bis-GMA
	TEGDMA
Кислотний мономер	4-META
Наповнювач	барієве скло
	пірогенний діоксид кремнію

Примітка.

Кожна змішувальна канюля Автомікс призначена для лікування одного пацієнта.

УВАГА!

Неполімеризована метакрилатна смола може викликати контактний дерматит і пошкодити пульпу. Не допускайте потрапляння на шкіру, в очі та на м'які тканини. У разі потрапляння ретельно промийте водою відповідну ділянку

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Зберігайте за температури нижче 24 °C (75 °F).
Захищайте від впливу прямих сонячних променів.
Щоб максимально довго користуватися матеріалом, зберігайте його в охолодженому стані.
Не тримайте у морозильний камері.
Якщо матеріал зберігався у холодильній камері, перед використанням дістаньте його, щоб він нагрівся до кімнатної температури.
Не використовуйте після закінчення терміну придатності, зазначеного на пакованні.

ПАКОВАННЯ

Артикули	Вміст паковання
TTLCEM-TR	1 шприц Автомікс 5 мл (8 г) транслюцентний, 10 канюль для змішування, 10 інтраоральних канюль, 10 надтонких інтраоральних канюль
TTLCEM-A2	1 шприц Автомікс 5 мл (8 г), A2 універсальний, 10 канюль для змішування, 10 інтраоральних канюль, 10 надтонких інтраоральних канюль

TCEM3-VPTR	3 шприци Автомікс по 5 мл (8 г), транслюцентний, 30 канюль для змішування, 30 інтраоральних канюль, 30 надтонких інтраоральних канюль
TCEM3-VPA2	3 шприци Автомікс по 5 мл (8 г), A2 універсальний, 30 канюль для змішування, 30 інтраоральних канюль, 30 надтонких інтраоральних канюль
ECHTLCEM	ЗРАЗОК, 1 шприц 2,5 мл (4 г), канюлі для змішування

ОПИС СИМВОЛІВ

	Ознайомтеся з інструкцією із застосування
	Виробник
	Викликає подразнення
RxOnly	Рецептурний препарат (Увага! За федеральним законодавством США цей виріб продається тільки за замовленням або розпорядженням лікаря.)
	Медичний виріб
	Номер партії
	Артикул / каталожний номер
	Захищайте від вологи
	Захищайте від впливу сонячного промінння
	Температурне обмеження
	Канюлі одноразового використання
	Використати до
	Обережно
	Не користуйтеся, якщо упаковка пошкоджена

Дата перегляду інструкції: 03/2023


АЙТЕНА КЛІНІКАЛ
Центральний парк, Алле-де-ла-Лув, 97, буд. B,

93420 Вільпент, Франція
www.itena-clinical.comcom.ua

Уповноважений представник в Україні: 
ТОВ "ФАРМА КОНСАЛТИНГ"
вул. Дорожна, 25, м. Одеса, 65031
тел. +38-048-734-34-00
info@pharmaconsulting.com.ua
www.pharmaconsulting.com.ua



UA.TR.137