ТОТАЛ Ц-РАМ, адгезивний композитний цемент постійної фіксації
TOTAL C-RAM, permanent adhesive resin cement

Самопротравлювальний і самоадгезивний полімерний цемент для керамічних конструкцій
ТОТАЛ Ц-РАМ – це композитний, адгезивний цемент подвійного твердіння, спеціально створений для постійної фіксації керамічних конструкцій.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

1. Видаліть провізорну реставрацію.
Примітка. Використовуйте тільки безевгенольні цементи для тимчасової фіксації. Матеріали для тимчасової фіксації, які містять евгенол, можуть інгібувати процес полімеризації ТОТАЛ Ц-РАМ.
2. Ретельно промийте
3. Висушіть відпрепаровану ділянку повітрям (не пересушіть її).
4. Примірте реставрацію, щоб перевірити точність посадки.
5. Перед першою процедурою видавіть трохи матеріалу, щоб кількість пасти в обох секціях картриджа була однаковою. Закріпіть змішувальну канюлю на шприці Автомікс.
6. Матеріал можна наносити у такий спосіб: Вкладки та накладки. Закріпіть інтраоральну канюлю, яка є в комплекті, на змішувальній насадці та внесіть цемент безпосередньо у відпрепаровану порожнину так, щоб покрити всю внутрішню поверхню. Акуратно встановіть реставраційну конструкцію на підготовлену поверхню зуба так, щоб зайвий цемент витік з усіх боків. Коронки. Нанесіть цемент безпосередньо на підготовлену поверхню так, щоб повністю її покрити. Акуратно встановіть реставрацію на підготовлену поверхню так, щоб зайвий цемент витік з усіх країв. Примітка. Робочий час матеріалу становить 1-2 хвилини. Час твердіння – 3 хвилини (за температури ротової порожнини).
7. Коли реставрацію встановлено правильно, видаліть увесь зайвий цемент. Це краще зробити скейлером або зондом, поки цемент перебуває у гумоподібному стані. Щоб зайвий цемент перейшов у гумоподібний стан, його можна засвітити протягом 2 секунд або дозволити йому самостійно полімеризуватися протягом 1,5-2 хвилин після нанесення. Щоб отримати найкращий результат, нічого не робіть із матеріалом протягом 1,5 хвилин перед тим, як засвітити його.
8. Після видалення зайвого цементу засвітіть усі поверхні, зокрема краї, протягом 20 секунд.
9. Для обробки апроксимальних ділянок скористайтеся фінішними смужками. Відполіруйте краї полірувальними дисками, чашами або конусами.
10. Перевірте оклюзію.

ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ	КОМПОНЕНТИ
Полімерна матриця	TEGDMA, Bis-GMA, UDMA
Кислотні мономери, що відповідають за адгезію	4-МЕТА, ефіри фосфорно-метакрилової кислоти
Зшивальний агент	силан
Наповнювач	концентрат наночастинок діоксиду кремнію

УВАГА

Неполімеризована метакрилатна смола може викликати контактний дерматит і пошкодити пульпу. Не допускайте потрапляння на шкіру, м'які тканини та в очі. Після потрапляння ретельно промийте відповідну ділянку водою.
Примітка. Кожна канюля Автомікс призначена для лікування тільки одного пацієнта.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ ТА ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

Не піддавайте впливу температури, яка перевищує 24 °C /75 °F. Захищайте від впливу прямих сонячних променів. Щоб матеріал зберігався якомога довше, тримайте його в холодильній камері. Не зберігайте в морозильній камері. Якщо шприц зберігався в холодильній камері, перед застосуванням дайте йому нагрітися до кімнатної температури. Не використовуйте після закінчення терміну придатності. Термін придатності вказано на пакованні.

ПАКОВАННЯ

Артикули	Вміст паковання
TTCRAM-BLC	1 шприц Автомікс 5 мл (8 г), відтінок білий, 10 канюль для змішування, 10 інтраоральних канюль, 10 надтонких інтраоральних канюль
TTCRAM-TR	1 шприц Автомікс 5 мл (8 г), відтінок транслюцентний, 10 канюль для змішування, 10 інтраоральних канюль, 10 надтонких інтраоральних канюль
TTCRAM-OD	1 шприц Автомікс 5 мл (8 г), відтінок опаковий, 10 канюль для змішування, 10 інтраоральних канюль, 10 надтонких інтраоральних канюль
ECHTCRAM	ЗРАЗОК, 1 шприц Автомікс 2,5 мл (4,5 г), канюлі для змішування, відтінок транслюцентний
ECHTCR-BLC	ЗРАЗОК, 1 шприц Автомікс 2,5 мл (4,5 г), канюлі для змішування, відтінок білий

ОПИС СИМВОЛІВ

	Ознайомтеся з інструкцією із застосування
	Виробник
	Викликає подразнення
RxOnly	Рецептурний препарат (Увага! За федеральним законодавством США цей виріб продається тільки за замовленням або розпорядженням лікаря.)
	Медичний виріб
	Номер партії
	Артикул
	Захищайте від вологи
	Захищайте від впливу сонячного промінння
	Температурне обмеження
	Одноразові канюлі
	Використати до

Дата перегляду інструкції: 03/2023

АЙТЕНА КЛІНІКАЛ
Центральний парк, Алле-де-ла-Лув, 97, буд. B,
93420 Вільпент, Франція
www.itena-clinical.comcom.ua

Уповноважений представник в Україні:
ТОВ "ФАРМА КОНСАЛТИНГ"
вул. Дорожна, 25, м. Одеса, 65031
тел. +38-048-734-34-00
info@pharmaconsulting.com.ua
www.pharmaconsulting.com.ua

UA.TR.137