МАНІ Афте Бліч Кеа
Матеріал для оброблення зубів після відбілювання

MANI After Bleach Care
Selective etch bond

1. Цільове призначення
МАНІ Афте Бліч Кеа – це паста, що наноситься на зуби задля додаткового оброблення після процедури відбілювання.

2. Опис матеріалу та цільові користувачі

2.1. Опис матеріалу
МАНІ Афте Бліч Кеа – це паста на основі води, що зменшує чутливість зубів після процедури відбілювання.

2.2. Цільові пацієнти
Всі пацієнти, які щойно пройшли курс відбілювання.

2.3. Цільові користувачі
Матеріалом МАНІ Афте Бліч Кеа користуються стоматологи у стоматологічних клініках, а саме наносять матеріал безпосередньо на тканини пацієнта після відбілювання.

3. Склад
Очищена вода, ксиліт, гліцерин, нітрат калію, фторид натрію, згущувач, ароматизатори.

4. Показання
Для додаткового оброблення зубів після процедури відбілювання.

5. Протипоказання
Якщо пацієнт має алергію або підвищену чутливість до одного з компонентів, не користуйтеся цим матеріалом або користуйтеся під ретельним контролем лікаря-куратора/стоматолога.

6. Взаємодія з іншими засобами
Під час нанесення стоматолог має враховувати добре відомі перехресні реакції або взаємодію цього медичного виробу з іншими матеріалами, які вже є в ротовій порожнині.

7. Нанесення / оброблення

7.1. Нанесення за допомогою індивідуальної ложки

1. Після відбілювання промийте індивідуальну ложку (або глибоку шину) під проточною водою.

2. Внесіть МАНІ Афте Бліч Кеа у капи та встановіть їх на верхні й нижні зуби пацієнта.

3. Залиште капу в ротовій порожнині пацієнта на 3-5 хвилин.

4. Дістаньте капу.

5. Попросіть пацієнта добре промити ротову порожнину. Протягом 30 хвилин після лікування пацієнту не можна їсти й пити.

6. Видаліть з капи залишки МАНІ Афте Бліч Кеа за допомогою проточної води або щітки.

7.2. Нанесення без капи
1. У разі потреби промокніть зайву слину на поверхнях зубів.

2. Нанесіть велику кількість МАНІ Афте Бліч Кеа на поверхню зубів за допомогою одноразової щітки, рукавички або, у разі нанесення на інтерпроксимальну поверхню, інтерпроксимальної щітки.

3. Залиште МАНІ Афте Бліч Кеа у ротовій порожнині пацієнта на 3-5 хвилин.

4. Попросіть пацієнта добре промити ротову порожнину. Після оброблення пацієнт не можна їсти й пити протягом 30 хвилин.

8. Примітки щодо зберігання й поводження
Зберігайте в умовах температури від 3 до 25 ˚C.

9. Термін придатності
Максимальний термін придатності надруковано на маркуванні кожного шприца. Не користуйся матеріалом після його закінчення.

10. Побічна дія
У разі правильного використання цього матеріалу небажана побічна дія виникає дуже рідко. Проте не можна повністю виключати виникнення імунної реакції

(наприклад, алергії) та місцевого дискомфорту. Про всі серйозні інциденти, що виникають через використання цього матеріалу, потрібно повідомити вказаному нижче виробнику та компетентному органу.

11. Порядок утилізації
Залишкова кількість і пакувальні матеріали мають бути утилізовані за нормами державного законодавства.

ВМІСТ ПАКОВАННЯ
- шприц 2 мл

MD	Медичний виріб
	Гранична температура
	Ознайомтеся з інструкцією із застосування
	Увага! Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією.
	Використати до
REF	Артикул
LOT	Код партії
	Виробник

МАНІ МЕДІКАЛ ДЖЕРМАНІ ГмбХ
Герта-Шпонер-штрасе 2, 61191
Росбах фор-дер-Хеє, Німеччина

Виготовлено в Німеччині

Уповноважений представник в Україні:
ТОВ "ФАРМА КОНСАЛТИНГ"
вул. Дорожна, 25,
м. Одеса, 65031
тел. +38-048-734-34-00
info@pharmaconsulting.com.ua
www.pharmaconsulting.com.ua

Дата випуску інструкції: 07/2025