МАНІ Гінгіва Протектор
Фотополімерний матеріал

MANI Gingiva Protector
Light curing material

1. Цільове призначення
Фотополімерний матеріал для покриття/ ізолювання ясен від зубів, які проходитимуть процедуру відбілювання в кабінеті стоматолога.

2. Опис матеріалу та цільові користувачі
МАНІ Гінгіва Протектор – це фотополімерний засіб для захисту ясен. Він використовується, як кофердам, тобто для ізолювання ясен від зубів, які потрібно обробити у стоматологічній клініці.

2.1. Цільові пацієнти
Всі пацієнти, які потребують відбілення зубів висококонцентрованим відбілювальним гелем у стоматологічному кабінеті. МАНІ Гінгіва Протектор використовується як захисний бар'єр і наноситься перед відбілюванням.

2.2. Цільові користувачі
Для використання у стоматологічних клініках спеціалістами зі стоматології.

3. Склад
Аліфатичний уретану діметакрилат, тетраметилену діметакрилат, порошок силікатного скла, фотоініціатори, стабілізатори, барвник.

4. Показання
Для покриття ясен під час офісних процедур відбілювання.

5. Протипоказання
Якщо пацієнт має алергію або підвищену чутливість до одного з компонентів, не користуйтеся цим матеріалом або користуйтеся під ретельним контролем лікаря-куратора/стоматолога. Прокладковий матеріал, що містить евгенол, є протипоказаним.

6. Попередження
Містить аліфатичний уретан діметакрилат, тетраметилен діметакрилат, діуретан діметакрилат. Може спричинити алергічну реакцію шкіри.

7. Техніка безпеки
Не вдихайте пари й аерозоль. Надягніть захисні рукавички. Якщо виникне подразнення шкіри або висипання, зверніться по медичну консультацію або медичну допомогу.

8. Взаємодія з іншими медичними засобами
Перед тим, як почати користуватися цим медичним виробом, стоматолог має враховувати відомі взаємодії та перехресні реакції цього медичного виробу з іншими матеріалами, які вже є в ротовій порожнині пацієнта.

9. Нанесення

9.1. Підготовчі заходи
Скористайтеся відповідними засобами (наприклад, ретрактором щік і губ), щоб зафіксувати язик і губи на період лікування (та на час процедури відбілювання, яка відбудеться потім) так, щоб вони не контактували з матеріалом. Зніміть ковпачок зі шприца та встановіть замість нього канюлю. Переконайтеся, що матеріал витікає вільно.

9.2. Нанесення
Просушіть ясна. Нанесіть шар МАНІ Гінгіва Протектор уздовж зони нанесення – приблизно 4-6 мм завширшки та на 2 мм вглибину. (Фото 1).
Вдавіть матеріал у міжзубні простори. Засвітіть стандартною ручною полімеризаційною лампою. Засвічуйте від 20 до 40 секунд так, щоб лампа не була занадто довго в одному місці. Після засвічування обережно зніміть скальпелем увесь зайвий матеріал. Тепер можна наносити гель для відбілювання. (Фото 2).

9.3. Завершення
Після завершення процедури відбілювання видаліть МАНІ Гінгіва Протектор. Інструментом (наприклад, зондом) підніміть матеріал на одному кінці та стягніть його. Зніміть зі шприца канюлю та закрийте його ковпачком. (Фото 3).

10. Зберігання й поводження
Після використання щільно закрийте контейнер. Зберігайте в умовах температури від 3 до 25 ˚C.

11. Термін придатності
Максимальний термін придатності надруковано на маркуванні кожного шприца. Не користуйтеся матеріалом після його закінчення.

12. Побічна дія
У разі правильного використання цього матеріалу небажана побічна дія виникає дуже рідко. Проте не можна повністю виключати виникнення імунної реакції (наприклад, алергії) та місцевого дискомфорту. Про всі серйозні інциденти, що виникають через використання цього матеріалу, потрібно

повідомити вказаному нижче виробнику та компетентному органу.

13. Порядок утилізації

Залишкова кількість і пакувальні матеріали мають бути утилізовані за нормами державного законодавства.

ВМІСТ ПАКОВАННЯ

- шприц 1,5 г

MD	Медичний виріб
	Гранична температура
	Ознайомтеся з інструкцією із застосування
	Увага! Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією.
	Використати до
REF	Артикул
LOT	Код партії
	Виробник

МАНІ МЕДІКАЛ ДЖЕРМАНІ ГмбХ
Герта-Шпонер-штрасе 2, 61191
Росбах фор-дер-Хеє, Німеччина
Виготовлено в Німеччині

Уповноважений представник в Україні:
ТОВ "ФАРМА КОНСАЛТИНГ"
вул. Дорожна, 25,
м. Одеса, 65031
тел. +38-048-734-34-00
info@pharmaconsulting.com.ua
www.pharmaconsulting.com.ua

UA.TR.137

Дата випуску інструкції: 02/2025

Фото 1:



Фото 2:




Фото 3:

