Дюра-Вайт Каміння Dura-White Stones

УВАЖНО ОЗНАЙОМТЕСЯ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИРІБ

Дюра-Вайт Каміння складаються з часточок оксиду алюмінію та керамічної матриці й ідеально підходить для тонкого контурування й фінірування емалі, композитів і кераміки. Вони представлені різноманітними формами й існують у варіантах, сумісних із турбінними (FG), кутовими (CA) та прямими наконечниками (HP).

ЦІЛЬОВЕ ПРИЗНАЧЕННЯ

Тонке контурування й фінірування емалі, композитів і кераміки.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Незалежно від ситуації не перевищуйте максимально допустиму швидкість обертання:

30 000 об./хв.

- Повністю вставте хвостовик у цангу наконечника відповідно до інструкції виробника.
- Перед використанням перевірте, як функціонує інструмент, – зробіть ним декілька обертів, щоб переконатися, що він рухається без відхилень, плавно та безпечно.
- Перед тим, як почати користуватися інструментом, переконайтеся, що абразивна голівка перебуває в доброму стані. Не користуйтеся інструментом, якщо він пошкоджений або має такі дефекти, як корозія, пошкоджена поверхня, деформація, забруднення або оголений хвостовик, що трапляється на інструменті, яким часто користуються.
- Під час роботи використовуйте пилосос, надягніть захисну маску та вживіть інших заходів безпеки перед тим, як перейти до контурування й фінірування, щоб не допустити негативного впливу пилу на організм людини.
- Під час роботи з інструментом надягніть захисні засоби, такі як окуляри.
- Не використовуйте інструмент під гострим кутом і не здійснюйте зайвого тиску на тонкі й довгі шліфувальні інструменти, оскільки вони є крихкими та можуть зігнутися або зламатися під впливом надмірного навантаження.
- Щоб не пошкодити пульпу, чиніть на інструмент легкий тиск і проводьте оброблення під струменем води.
- Цим виробом мають користуватися виключно спеціалісти зі стоматології.
- Не виконуйте цим інструментом будь-які дії, окрім передбачених цією інструкцією.

ЗБЕРІГАННЯ ТА СТЕРИЛІЗАЦІЯ

Зберігайте цей виріб у місці, захищеному від впливу вологи, речовин, що викликають корозію, та їхніх випаровувань. Не допускайте зовнішнього (механічного) тиску та забруднення.

Стерилізуйте інструмент щоразу перед його використання у ротовій порожнини. Щоб повторно скористатися інструментом, одразу змийте з нього всі забруднювальні речовини за допомогою дезінфекційного розчину. Потім проведіть стерилізацію.

(Автоклав)

Тип циклу	Температура	Тривалість витримки	Тривалість сушіння
Пре-вакуум 3-разовий	134°C 273°F	3’00”	10’00”

Дотримуйтеся вимог інструкцій із застосування дезінфекційного та стерилізаційного засобів. Щоб інструменти не уразила корозія, не слід очищувати їх дезінфектантами на основі хлору.

Детальна інформація про процедури ПОВТОРНОЇ ОБРОБКИ вказана на сайті www.shofu.de.

УТИЛІЗАЦІЯ

Проводьте утилізацію з урахуванням норм місцевого і державного законодавства.

ВМІСТ ПАКОВАННЯ

В коробці 12 шт.

MD	Медичний виріб
Rx only	Рецептурний препарат
	Ознайомтеся з інструкцією із застосування
REF	Артикул
PN	Артикул
LOT	Номер партії
	Виробник

ШОФУ ІНК.
11 Камітакамацу-чо, Фукуіне,
Хігашияма-ку, Кіото 605-0983,
Японія, www.shofu.com

Виготовлено в Китаї

Уповноважений представник в Україні:

ТОВ "ФАРМА КОНСАЛТИНГ"
вул. Дорожна, 25, м. Одеса, 65031
тел. +38-048-734-34-00
info@pharmaconsulting.com.ua
www.pharmaconsulting.com.ua

UA.TR.137

Дата перегляду інструкції: 07/2024