Інструкція із застосування **Українська**

Склоіономерний цемент СХ-Плюс

УВАЖНО ОЗНАЙОМТЕСЯ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ

Скляний поліалкенатний цемент для фіксації

Склоіономерний цемент CX-Plus – це рентгеноконтрастний склоіономерний цемент для фіксації.

ПОКАЗАННЯ

Фіксація коронок, мостоподібних протезів і вкладок**.**

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

1. Не користуйтеся цим матеріалом, якщо відомо, що пацієнт має алергію на нього та/або на скляні поліалкенатні цементи.
2. Лікарям, які мають алергію на цей матеріал та/або на скляні поліалкенатні цементи, не слід користуватися цим матеріалом.
3. У разі виникнення подразнення або інших алергічних реакцій у пацієнта або лікаря, негайно припиніть маніпуляції з матеріалом і зверніться до лікаря.
4. Рідина та замішаний матеріал мають не потрапляти на м'які тканини ротової порожнини, шкіру й очі. У разі випадкового потрапляння на м'які тканини або шкіру, негайно промокніть відповідну ділянку змоченим у спирті валиком і промийте великою кількістю води. У разі потрапляння в очі негайно промийте їх великою кількістю води та зверніться до лікаря.
5. Цим виробом мають користуватися виключно спеціалісти зі стоматології.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ

1. Очищення порожнини й кукси

   Видаліть весь тимчасовий цемент або пломбу. Промийте водою та просушіть.
   - Якщо пульпа знаходиться близько або є відкритою, перед фіксацією необхідно зробити прокладку, наприклад, з гідроксиду кальцію.

2. Дозування порошку й рідини (за стандартом — 2,0 г/1,0 г, відповідно).

Нанесіть на блокнот одну ложечку порошку, без верху, і капніть поряд із ним дві краплі рідини.
- Завжди набирайте порошок ложечкою з комплекту та знімайте верх, щоб доза була точною.
- Переверніть флакон із рідиною та видавіть краплі рідини без бульбашок.
- Якщо на носику флакона накопичилася рідина, витріть її марлевою серветкою, щоб доза була точною.
- Щоразу після використання щільно закрийте обидва флакони (з порошком і рідиною) ковпачками.
- Уважно прослідкуйте, щоб флакон із порошком не потрапив у вологе місце.

3. Змішування

   Змішуйте відміряну дозу порошку і рідини впродовж 30 с, доки суміш не стане однорідною.

Тривалість замішування (23±1 °C)	30 с	
Робочий час (23 °C)	3 хв 30 с	Від початку замішування
Тривалість твердіння (37 °C)	4 хв 00 с	Від кінця замішування

4. Фіксація

Очистьте поверхні реставрації, яку буде зафіксовано, та тканини зуба, а потім — висушіть їх.
Нанесіть суміш, щоб зафіксувати реставрацію традиційним методом.
(Протягом 10 хв. після встановлення не допускайте потрапляння слини на реставрацію.)
- Швидко видаліть зайвий матеріал вологою марлевою серветкою до того, як він затвердіє.

ПРИМІТКИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ

1. Не використовуйте цей матеріал для виконання будь-яких дій, окрім вказаних у розділі "ПОКАЗАННЯ" цієї інструкції.
2. Скористайтеся цим матеріалом до закінчення його терміну придатності, який вказано на контейнері та пакувальних матеріалах.

(Приклад. РРРР-ММ-ДД --> рік, місяць і день закінчення терміну придатності.)

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігайте в умовах кімнатної температури (1-30 °C).
Не допускайте впливу високої вологості та прямих сонячних променів.

Вміст паковання:

артикул 1166: набір: порошок 35 г, рідина 17 мл (21 г)
артикул 1167: порошок 35 г
артикул 1168: рідина, флакон 17 мл (21 г)
артикул 1169: потрійний набір: 3 флакони порошку 35 г, 3 флакони рідини 17 мл (21 г)
артикул 1187: міні набір: порошок 15 г, рідина 8 мл (10 г)

MD	Медичний виріб
Rx only	Рецептурний препарат
1°C 34°F min — 30°C 86°F max	Гранична температура
	Захищайте від впливу сонячного проміння
	Ознайомтеся з інструкцією із застосування
	Використати до
REF	Артикул
LOT	Номер партії
	Виробник

ШОФУ ІНК.
11 Камітакамацу-чо
Фукуіне, Хігашияма-ку,
Кіото 605-0983, Японія
www.shofu.com
Виготовлено в Об'єднаному Королівстві

Уповноважений представник в Україні:
ТОВ "ФАРМА КОНСАЛТИНГ"
вул. Дорожна, 25, м. Одеса, 65031
тел. +38-048-734-34-00
info@pharmaconsulting.com.ua
www.pharmaconsulting.com.ua
UA.TR.137

Дата перегляду інструкції: 07/2024