Інструкція із застосування **Українська**

Назва виробів:

Супер-Снап, полірувальні диски	**Super-Snap,** polishing disks
Супер-Снап Екстрім, полірувальні диски	**Super-Snap X-Treme**, polishing disks
Супер-Снап Мандрелс, для Супер-Снап дисків	**Super-Snap Mandrels**, for Super-Snap Disks
Супер-Снап Міні-набір	**Super-Snap Mini-Assortment**
Супер-Снап Набір дисків	**Super-Snap Disk Assortment**
Супер-Снап Екстрім Міні-набір	**Super-Snap X-Treme Mini-Assortment**
Супер-Снап Екстрім Набір дисків	**Super-Snap X-Treme Disk Assortment**

УВАЖНО ОЗНАЙОМТЕСЯ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ

ОПИС ВИРОБУ

Супер-Снап – це зручна у використанні система одноразових дисків з колірним кодуванням, без металевої серцевини, розроблена для 4-етапного контурування, фінірування й полірування прямих естетичних композитів усіх типів (мікронаповнених, мікрогібридних, нанонаповнених і наногібридних). Спеціальні металеві й пластикові мандрелі Супер-Снап також є.

ПОКАЗАННЯ

Контурування, фінірування й полірування композитних естетичних реставрацій усіх типів.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

1. Не користуйтеся інструментом, якщо він пошкоджений або має дефекти, такі як корозія і зношена поверхня через часте використання.
2. Під час роботи з наконечником надягніть захисну маску й окуляри.
3. Слідкуйте за тим, щоб не зачепити м'які тканини, адже інструмент їх може пошкодити.
4. Диски Супер-Снап і пластмасові мандрелі є одноразовими інструментами. Після використання утилізуйте диски Супер-Снап і пластмасові мандрелі відповідно до протоколу утилізації, затвердженого медичним закладом, у якому ви працюєте.
5. Не користуйтеся цим інструментом для здійснення будь-яких дій, окрім передбачених цією інструкцією.
6. Цим інструментом мають користуватися виключно спеціалісти зі стоматології.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ

1. Для кожного випадку підберіть відповідний абразивний інструмент, тобто Супер-Снап чорні або Супер-Снап фіолетові, щоб видалити реставраційний матеріал і надати опорі відповідну форму. Щоб скористатися диском Супер-Снап, встановіть його на відповідну мандрель Супер-Снап.
2. Повністю вставте хвостовик у цангу наконечника (мікро-мотор) відповідно до інструкції виробника. Перед використанням перевірте, як функціонує інструмент, – зробіть ним декілька обертів, щоб переконатися, що він рухається без відхилень, плавно та безпечно.
3. Для фінірування безперервно чиніть на інструмент рівномірний тиск, а для полірування — дуже легкий. Оскільки диск рухається в одному напрямку, подряпини та помітний перехід від реставрації до природних тканин не виникають.
   - Щоб отримати найкращий результат, проводьте фінірування й полірування за рекомендованою послідовністю кольорових позначок на інструментах. Якщо один етап пропустити або скоротити його тривалість, це може негативно вплинути на якість кінцевого результату.
   - Встановіть слиновідсмоктувач або пилосос, щоби під час оброблення прибирати вологу й стружку. Перед тим, як почати працювати інструментом, надягніть захисну маску й окуляри.
   - Не перевищуйте максимально допустиму швидкість.

Найменування виробу	Максимально допустима швидкість обертання	Струмінь води
Диски Супер-Снап з металевою мандреллю	15 000 об./хв.	Немає
Диски Супер-Снап з пластиковою мандреллю	5 000 об./хв.	Немає

4. Після кожного етапу фінірування або полірування прибирайте стружку з поверхні реставрації.

5. Одразу після використання мандрелі видаліть з її поверхні всі забруднювальні речовини, потім — продезінфікуйте й простерилізуйте її. Щоразу після використання утилізуйте диски Супер-Снап і пластмасову мандрель.

ЗБЕРІГАННЯ ТА СТЕРИЛІЗАЦІЯ

Зберігайте диски Супер-Снап і мандрелі у місці, захищеному від прямих сонячних променів, вологи, речовин, що викликають корозію, та їхніх випаровувань. Перед використанням стерилізуйте металеві мандрелі Супер-Снап.

Щоб можна було повторно скористатися такою мандреллю, одразу після використання обробіть її дезінфектантом, а потім - стерилізуйте.

(Автоклав)

Найменування інструмента	Тип циклу	Температура	Тривалість витримки	Тривалість сушіння
Металева мандрель Супер-Снап	Пре-вакуум 3-разовий	134°C (273°F)	3 хв 00 с	10 хв 00 с

Дотримуйтеся вимог інструкцій із застосування дезінфекційного та стерилізаційного засобів. Щоб інструменти не уразила корозія, не слід очищувати їх дезінфектантами на основі хлору.

Докладніше про процедури ПОВТОРНОЇ ОБРОБКИ дивіться на сайті www.shofu.de.

ВМІСТ ПАКОВАННЯ:

Супер-Снап: 50 шт. в упаковці

Супер-Снап Екстрім: 50 шт. в упаковці

Супер-Снап Мандрелс: 6 шт. в упаковці

Супер-Снап Міні-набір, артикул N0512:
- 48 дисків (32 шт. стандарт, 16 шт. міні),
- 1 CA мандрель,

Супер-Снап Екстрім Міні-набір, артикул N0513:
- 48 дисків: 24 шт. Супер-Снап: 16 шт. стандарт, 8 шт. міні
  24 шт. Супер-Снап Екстрім: 16 шт. стандарт, 8 шт. міні
- 1 CA мандрель

Супер-Снап Набір дисків, артикул N0514:
- 180 дисків (100 шт. стандарт, 80 шт. міні)
- 4 CA мандрелі

Супер-Снап Екстрім Набір дисків, артикул N0515:
- 160 дисків (80 шт. Супер-Снап, 80 шт. Супер-Снап Екстрім),
- 4 CA мандрелі

MD	Медичний виріб
Rx only	Рецептурний препарат
	Дата виробництва
	Виробник

REF	Артикул
PN	Артикул
LOT	Номер партії
	Не використовувати повторно

ШОФУ ІНК.
11 Камітакамацу-чо, Фукуіне,
Хігашияма-ку, Кіото 605-0983, Японія
www.shofu.com

Виготовлено в Японії

Уповноважений представник в Україні:
ТОВ "ФАРМА КОНСАЛТИНГ"
вул. Дорожна, 25, м. Одеса, 65031
тел. +38-048-734-34-00
info@pharmaconsulting.com.ua
www.pharmaconsulting.com.ua

UA.TR.137

Дата перегляду інструкції: 02/2026