Найменування виробу: Каналонаповнювач МАНІ

ПЕРЕД ЗАСТОСУВАННЯМ ОЗНАЙОМТЕСЯ З ІНСТРУКЦІЄЮ.
НЕСТЕРИЛЬНО

Перед застосуванням ознайомтеся з наведеною нижче інструкцією.

Увага!
1. Інструмент призначений тільки для кваліфікованих стоматологів.
2. Щоразу перед застосуванням інструмент необхідно стерилізувати.
3. Інструмент призначено виключно для виконання стоматологічних маніпуляцій та лікування. Застосовуйте його тільки за призначенням.

Протипоказання й обмеження
1. Не застосовуйте цей інструмент для лікування пацієнтів, у яких спостерігається підвищена чутливість або алергічні реакції.

Структура й основні елементи
1. Інструмент необхідно встановити в наконечник і використовувати для введення медичних засобів або матеріалів для пломбування кореневих каналів. Каналонаповнювач розроблено для роботи у кореневих каналах. Його хвостовик зроблено з нержавіючої сталі. Інструмент не є стерильним.
2. Основні матеріали:
   1) робоча частина – нержавіюча сталь (містить нікель і хром);
   2) хвостовик – нержавіюча сталь (містить нікель і хром).



Цільове призначення й ефективність
Робоча частина цього інструмента виконана у формі спіралі або пружини. Його необхідно встановити в наконечник. Інструмент розроблено для введення медичних засобів або матеріалів для пломбування кореневих каналів.

Характеристики
Згідно з положеннями ISO 3630 щодо перевірки ефективності показники міцності інструмента під час кручення й вигинання повинні перевищувати показники, передбачені нашим стандартом.

Спосіб застосування
Керуючись цільовим призначенням, слід вибрати найбільш пригожий КАНАЛОНАПОВНЮВАЧ від MANI та застосовувати його для введення медичного засобу або матеріалу для пломбування кореневих каналів.

Рекомендації щодо вибору наконечника

1. Необхідно використовувати наконечник, в якому можна міцно зафіксувати хвостовик цього виробу. (Діаметр хвостовика для кутового наконечника – 2,35 мм.)**
2. Слід використовувати наконечник, який можна контролювати під час роботи на допустимій швидкості мікромотора.

Запобіжні заходи під час застосування
1. Щоб уникнути потрапляння інфекції, простерилізуйте інструмент в автоклаві. Стерилізацію необхідно завершити до того, як почнете застосовувати інструмент.
2. Суворо дотримуйтеся встановленого обмеження допустимої швидкості мотора, тому що його перевищення може спричинити поломку інструмента або призвести до травми (*1).
3. Суворо дотримуйтеся вказівок виробника наконечника. Щоб уникнути неповної фіксації, хвостовик необхідно вставити повністю.
4. Наконечник необхідно застосовувати відповідно до інструкції.
5. Підберіть інструмент, який найбільш оптимально підходить для конкретного випадку, та дотримуйтеся загальної методики.
6. Щоб виявити можливі викривлення, перед тим, як почати виконувати маніпуляції, приведіть у дію наконечник зі встановленим інструментом поза ротовою порожниною пацієнта.
7. Перед тим, як почати застосовувати інструмент, перевірте його поза ротовою порожниною щодо наявності викривлень, подряпин і тріщин.
8. Якщо верхня частина інструмента тонка, довга або велика, існує ймовірність поломки або скручування. Тому не слід виконувати маніпуляції під невиправдано великим кутом, або здійснювати надмірний тиск.
9. Для захисту очей необхідно надягнути спеціальні захисні окуляри. Також, щоб не вдихнути пил, необхідно надягнути захисну маску.
10. Щоб уникнути випадкового проковтування й випадіння матеріалів, необхідно встановити кофердам та інші засоби.
11. Не застосовуйте цей інструмент для виконання будь-яких дій, за винятком наведених вище.
12. Інструмент призначений виключно для стоматологів.
13. Під час утилізації інструмент слід вважати медичними відходами.
14. Якщо інструмент пошкоджено або контаміновано, його необхідно утилізувати.
15. Після застосування інструмент необхідно промити медичним миючим засобом, очистити щіткою, потім повністю змити чужорідні предмети, такі як фізіологічні рідини та тканини, що прилипли.
16. Щоб уникнути зносу різальної частини, інструмент під час ультразвукового очищення необхідно покласти на підставку.
17. Під час роботи слід бути гранично обережним, щоб не пошкодити пальці гострою частиною інструмента.
    (*1) Допустима швидкість роботи мотора – не більше 800 об./хв.**
18. Якщо інструмент на тривалий час покласти в гіпохлорит натрію, ЕДТК тощо, він може поржавіти.**

Умови зберігання та термін експлуатації
1. Не зберігайте інструмент у місці з високою температурою, вологістю, під прямим сонячним світлом, а також поряд із рідинами. Зберігайте інструмент в умовах кімнатної температури.
2. Не слід пошкоджувати й порушувати цілісність пакувальних матеріалів.
3. Виріб може бути вдосконалено без попереднього повідомлення. Тому з товарними запасами слід працювати за принципом «першим отриманий – першим виданий».
4. Щоб уникнути погіршення якості інструмента, не зберігайте його під бактерицидною лампою.

Догляд і контроль
1. Щоразу перед застосуванням стерилізуйте інструмент в автоклаві протягом необхідного часу за встановленою процедурою.**
   Процедура стерилізації
   Помістіть інструмент у стерилізаційний пакет (або плівку), покладіть його на стерилізаційний лоток або на підставку для автоклавування файлів та дотримуйтеся вказаних нижче часових інтервалів.**
   Тривалість стерилізації:
   1) за температури 121 °C – 20 хв. або довше;
   2) за температури 126 °C – 15 хв. або довше.
2. Не використовуйте паровий стерилізатор із високим тиском, який нагрівається до температури понад 200 °C, зокрема в процесі сушіння.
3. У разі пошкодження інструмента або зниження його ефективності інструмент слід утилізувати.
4. Під час очищення медичним засобом необхідно суворо дотримуватися інструкції виробника такого засобу.

Форма випуску
1. Мінімальна паковальна одиниця: 4 шт. в наборі (№ 25-40)
2. Асорті: по 1 шт. кожного розміру х 4 = 4 шт. в набрі (№ 25-40)

* Завжди зберігайте цей документ поруч, у доступному місці. У разі втрати зверніться до управління стоматології заводу-виробника, щоб отримати новий примірник.
* Характеристики, структура й матеріали можуть бути змінені без попереднього повідомлення, з метою вдосконалення продукції.
* Зміст цієї інструкції може бути змінено без попереднього повідомлення.
* Позначками «*» та «**» позначені змінені пункти.

Офіційний виробник

MANI, INC., 8-3 Kiyohara Industrial Park, Utsunomiya, Tochigi, 321-3231, Japan
МАНІ, ІНК., 8-3 Кійохара Індастріал парк, Уцуномія, Тотігі, 321-3231, Японія
Запити та довідкова інформація – управління стоматології
тел.: +81-28-667-8592 факс: +81-28-667-8596

UA.TR.101

Уповноважений представник в Україні:
ТОВ "ФАРМА КОНСАЛТИНГ"
вул. Дорожна, 25, м. Одеса, 65055
тел. +38-048-734-34-00
e-mail: info@pharmaconsulting.com.ua
www.pharmaconsulting.com.ua

Офіційний дистриб'ютор в Україні:
ТОВ «КРИСТАЛ ФАРМА»
вул. Дорожна, 25, м. Одеса, 65055
тел. +38-048-734-34-00
e-mail: info@crystal.ua
www.crystal-dental.com.ua

Дата випуску інструкції: 06/2019