Інструкція із застосування **Українська**

DENTOCROWN HD (ДЕНТОКРАУН ЕйчД)
композит для тимчасових коронок і мостів

ОПИС

Dentocrown HD – це самостійно твердіючий композит, який використовується для виготовлення тимчасових коронок, мостоподібних протезів, вкладок, накладок і вінірів.

СКЛАД:

Bis-GMA, Bis-EMA, TEGDMA, UDMA, мікро- та наночастинки діоксиду кремнію, інше.

ПОКАЗАННЯ

- Виготовлення тимчасових коронок, мостоподібних протезів, вкладок, накладок, часткових коронок і вінірів.

ЗАСТОСУВАННЯ

Вставте картридж Dentocrown HD у відповідний диспенсер. З технічних причин кількість матеріалу в камерах картриджа може бути трохи різною. У такій ситуації зніміть ковпачок з картриджу та видавлюйте матеріал, доки він не виходитиме рівномірно з обох камер. Потім встановіть змішувальну канюлю та зафіксуйте її, повернувши за годинниковою стрілкою на 90°. Щоб видавити матеріал, який автоматично замішається у вірній пропорції, треба натиснути на важіль. Після застосування матеріалу не знімайте з картриджу змішувальну канюлю. Замініть її на нову безпосередньо перед тим, як почати проводити наступну процедуру. Після використання матеріалу закрийте картридж ковпачком.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

За допомогою безевгенольного цементу вирівняйте всі піднутрення у відпрепарованій зоні.

1. Зніміть відбиток перед тим, як видалити зуб, якщо ви не використовуєте попередньо виготовлені коронки або схожі реставраційні конструкції.
2. Просушіть зуби та нанесіть на відповідну зону невелику кількість мастильного матеріалу, такого як вазелін або аналогічні засоби.
3. Видавіть Dentocrown HD безпосередньо у відбиток або матрицю. Щоб не утворилися бульбашки, важливо тримати кінчик канюлі для змішування зануреним у матеріал. Не переповнюйте відбиток або матрицю.

4. Обережно введіть відбиток у ротову порожнину та міцно утримуйте його там не довше 45 секунд.
5. Приблизно за 1:30-1:45 хв. з початку замішування провізорну коронку або мостоподібний протез можна легко зняти разом із відбитком з відпрепарованого зуба. За процесом твердіння потрібно спостерігати всередині ротової порожнини, адже температура ротової порожнини має суттєвий вплив на тривалість твердіння, а видалити провізорну конструкцію можна тільки під час гумоподібної фази.
6. Коронку або мостоподібний протез можна контурувати та полірувати після того, як минуть ще 2:30 хв. Якщо видалити м'який та липкий інгібований шар з поверхні Dentocrown HD (наприклад, протерти її етиловим спиртом), обробляти протез буде простіше. Готову коронку можна фінірувати твердосплавною фрезою тощо.
7. Обережно обріжте зайвий матеріал та обробіть шорстку приясенну ділянку. Тимчасову реставрацію зафіксуйте безевгенольним цементом для тимчасової фіксації.

Процедура	Тривалість
Введення у ротову порожнину	0:00-0:45
Видалення з ротової порожнини	1:30-1:45
Завершення твердіння	2:20-2:30

УВАГА!

- Цей матеріал призначено для продажу й використання виключно фахівцями зі стоматології.
- Цей матеріал містить метакрилатний мономер. У деяких пацієнтів може виникнути алергічна реакція до мономеру. Не користуйтеся цим матеріалом для лікування пацієнтів, які мають алергію або підвищену чутливість до метакрилатних мономерів.
- Якщо цей матеріал спричинить алергічну реакцію або підвищену чутливість, негайно припиніть застосування.
- Не допускайте потрапляння в очі, на слизову оболонку, шкіру й одяг.
- Якщо цей матеріал потрапить в очі, ретельно промийте їх водою та негайно зверніться до офтальмолога.
- Скористайтеся кофердамом, щоб запобігти проковтуванню.

Не користуйтеся цим матеріалом після закінчення вказаного на картриджі терміну придатності.

- У разі зберігання в холодильній камері, заздалегідь дістаньте матеріал, щоб перед тим, як ви ним скористаєтеся, він нагрівся до кімнатної температури.
- Не застосовуйте, якщо пульпа відкрита, та у випадках, коли необхідно виконати процедуру прямого або непрямого покриття пульпи.
- Одноразові канюлі.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

1. Не допускайте впливу високої температури та інтенсивного світла на реставраційні матеріали.
2. Зберігайте цей матеріал за температури 2-27 °C.
3. Якщо навколишня температура постійно перевищує 27 °C/80 °F, термін придатності може зменшитися.
4. За кімнатної температури термін придатності становить 24 місяці.
5. Термін придатності вказано на зовнішній поверхні картриджа.
6. Не зберігайте матеріали поряд із продукцією, яка містить евгенол.

ГАРАНТІЯ

Наші матеріали призначені для застосування у галузі стоматології. Щодо використання нашої продукції, вся інформація, надана нами в усній і письмовій формах без будь-яких зобов'язань, за нашими даними є актуальною. Наша інформація та/або рекомендації не звільняють вас від обов'язку перевіряти всі отримані від нас матеріали щодо відповідності цільовому призначенню. Оскільки ми не можемо стежити за тим, як використовуються наші матеріали, за використання повністю відповідає користувач. Безумовно, ми гарантуємо, що якість наших матеріалів відповідає чинним стандартам та вимогам, передбаченим загальними умовами продажу й доставки.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ КЛІЄНТІВ

Нікому не дозволено надавати будь-які дані, які відрізняються від даних цієї інструкції.

	Ознайомтеся з інструкцією із застосування
	Виробник
	Захищайте від вологи
	Захищайте від впливу сонячного проміння

	Викликає подразнення
RxOnly	Рецептурний материал
	Використати до
2°C 36°F min — 27°C 80°F max	Температурне обмеження
MD	Медичний виріб
LOT	Номер партії
REF	Артикул
Do not reuse the tip	Не використовуйте канюлі повторно

Дата випуску інструкції: 09/2020

АЙТЕНА КЛІНІКАЛ
31 Авеню Жоржа Клемансо,
93420 Вільпент, Франція
тел. +33(0)1 45 91 61 40
www.itena-clinical.com

Уповноважений представник в Україні:

ТОВ "ФАРМА КОНСАЛТИНГ"
вул. Дорожна, 25, м. Одеса, 65031
тел. +38-048-734-34-00
e-mail: info@pharmaconsulting.com.ua
www.pharmaconsulting.com.ua

UA.TR.101

Офіційний дистриб'ютор в Україні:

ТОВ «КРИСТАЛ ФАРМА»
вул. Дорожна, 25, м. Одеса, 65031
тел. +38 067 722 99 44
e-mail: info@crystal.ua
www.crystal-dental.com.ua