Zhermack

zeta 2 enzyme

specific for **instruments**


concentrated powder | use at 2%

- Bactericidal
- Yeasticidal
- Mycobactericidal, including tuberculocidal
- Virucidal



Last Update: 2019-03

U118061-2019-03



1200 g | disinfectant for medical devices | www.zhermack.com

Reorder N. **REF** C810012

zhermack.com

27°C
80°F
max

LOT

CE 0123

Zhermack S.p.A. | via Bovazecchino, 100 | 45021 Badia Polesine (RO) Italy
T +39 0425 597 611 | www.zhermack.com

UK - Засіб для дезінфекції медичних виробів Зета 2 Ензим

Дезінфікуючий засіб високого рівня і три-ферментативний мийний засіб у вигляді порошку для звичайних інструментів, хірургічних і обертових. Засіб не підходить для предметів з міді, латуні, алюмінієвих сплавів, сплавів нікелю або інструментів з пошкодженим нікель-хромовим покриттям.

Застосування

На кожен літр води, додати 20 г (2 мірки) Зета 2 Ензим. Перемішати для більш швидкого розчинення порошку. Дочекайтесь активації розчину: 15 хвилин за температури води близько 35°C (гаряча вода), принаймні, одна година за температури води нижче 35°C (вода кімнатної температури). Занурте інструменти на 10 хвилин. Витягнути інструменти з розчину, ретельно промити і висушити їх. В разі необхідності, видалити складні плями за допомогою щітки. Переконайтесь у тому, що рекомендований час занурення був дотриманий.
Приготований розчин стабільний протягом, принаймні, 8 годин.

Спектр дії:

Мікроорганізми	Норми ЄС	Концентрація	Час дії (в хвилинах)
Бактерицидна (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae)	EN 13727 EN 14561	0.5% 0.5%	5 5
Фунгіцидна (C. albicans)	EN 13624 EN 14562	0.5% 0.5%	5 5
Мікобактерицидна, у тому числі мікобактерії туберкульозу (M. terrae, M. avium)	EN 14348 EN 14563	2% 2%	10 10
Віруліцидна: (Тест поліовірусу, аденовірус, парвовірус, включаючи ВІЛ, ВГВ, ВГС)	EN 14476	2%	1

Склад

Відбілювач на основі кисню (> 25%), активатор (> 18%), аніонні та неіонні поверхнево-активні речовини (< 5%), інгібітори корозії, три-ферментативний комплекс (протеаза, ліпаза, амілаза), домішки та допоміжні речовини.

Попередження, умови зберігання і запобіжні заходи

Засіб призначений для використання кваліфікованими фахівцями зі знанням необхідних стандартів безпеки. Використовуйте захисні рукавички та відповідні ЗІЗ. Проводити операції в добре провітрюваних приміщеннях. Зберігайте засіб щільно закритим, в прохолодному і сухому приміщенні. ВАЖЛИВО: нерозчинений порошок, що залишився на дні, забезпечує ефективність розчину протягом всього терміну відповідно до інструкцій із застосування. Запобіжні заходи: промити і очистити ванночку для розчину перед тим, як додати Зета 2 Ензим. Не змішувати Зета 2 Ензим з іншими дезінфікуючими засобами.

ПОЯСНЕННЯ СИМВОЛІВ ЗАЗНАЧЕНИХ НА МАРКУВАННІ:

- Виробник
- Ознайомлення з інструкцією для застосовування
- LOT Номер партії
- Використати до
- Зберігати в сухому місці
- Верхня межа температури
- Увага, дивись інструкцію з використовування
- REF Номер за каталогом
- Тримайте подалі від вогню
- CE 0123 Маркування CE
- Хімічні речовини що викликають подразнення шкіри та очей
- Речовини, що роз'їдають шкіру та/або метал
- UA.TR.116 Знак відповідності

Zhermack S.p.A. - Via Bovazecchino, 100 | 45021 Badia Polesine (RO) Italy
ЖЕРМАК С.п.А. - Віа Бовазечіно, 100, 45021, Бадія-Полезіне (Ро), Італія

УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ: ТОВ «Кратія Медтехніка»
04107, м. Київ, вул. Багговутівська, буд. 17-21, Україна
Тел.: 0 800 21-52-32 - Електронна пошта: uarep@cratia.ua

ДАТА ОСТАННЬОГО ПЕРЕГЛЯДУ ІНСТРУКЦІЇ: 03.2019

UA.TR.116

CRYSTAL®

ІМПОРТЕР ОРИГІНАЛЬНОЇ
СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ
ТОВ «КРИСТАЛ ФАРМА»
Україна, 65031, м. Одеса, вул. Дорожна, 25
Тел.: +38 048 734 34 00
Моб.: +38 067 722 99 44, +38 050 722 99 44
www.crystal-dental.com.ua
info@crystal.ua